

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Свидетельству о присвоении Знака качества
медицинского оборудования с использованием СИ



Оборудование

Анализатор паров этанола
в выдыхаемом воздухе

Алкотектор PRO-100 Combi

производства

Shenzhen Well Electric Co. Ltd., Китай

Официальный представитель

ООО "Алкотектор"

аттестовано на Знак качества

медицинского оборудования с использованием СИ

на основании экспертной оценки следующих функциональных и
метрологических характеристик:

- Диапазон показаний, мг/л: от 0,00 до 2,00
- Диапазон измерений, мг/л: от 0,00 до 0,95
- Пределы допускаемой основной погрешности анализатора:
 - абсолютной в диапазоне 0,000 – 0,475 мг/л, мг/л: $\pm 0,048$
 - относительной в диапазоне 0,475 – 0,950 мг/л, %: ± 10
- Межповерочный интервал: 1 год

Руководитель Экспертной комиссии,
Заместитель Генерального директора
ФГУ "Российский центр испытаний
и сертификации "Ростест - Москва"



А.С. Евдокимов

Эксперт

В.В. Рыбин

РОСТЕСТ



МОСКВА

